



WEGWERP VINYL MEDISCHE HANDSCHOENEN GANTS MEDICAUX JETABLES VINYLE VINYL MEDICAL EXAMINATION GLOVES GUANTI MEDICAL HANDSCHUHE EINWEG VINYL MEDICAL HANDSCHUHE

VINYL • POWDER-FREE • NON STERILE



Gants médicals en vinyle jetables 4.5g Non stérile Réf. A00289

## **Spécifications**

- A usage unique
- 100% Vinvl PVC
- Ont une bonne résistance aux huiles et aux graisses, mais pas aux solvants, solutions cétones & carbonyles.
- Imperméable dans des environnements de travail humides ou graisseux.
- Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.
- Sont flexibles et offrent une très bonne sensibilité tactile.
- Hypoallergénique: Les gants en vinyle sont doux pour la peau des utilisateurs sujets aux allergies de type I et IV. Sans latex, sans poudre
- Chloré
- Forme comfortable:
  - Équipé d'un bord roulé pour enfilage et retrait facile.
  - Ambidextre

Couleur: Claire

Tailles:

.			Longueur	Largeur main
.			mm	mm
	S	6-7	240	80 +/-10
	M	7-8	240	95 +/-10
	L	8-9	240	105 +/-10
	XL	9-10	240	115 +/-5

1 min. 0.09 mm 2 min. 0.07 mm (3) min. 0.05 mm

**ÉPAISSEUR** 

- Indication de taille avec couleur
- Emballage & conditionnement pourvus de code QR.
- Notice en 27 langues: NL, FR, EN, DE, ES, IT, ...

## Conditionnement

Boîte distributrice: 100 pièces/boîte

10 boîtes par carton =1000 gants (500 paires)



VINYL

CLEAR 

0

Letter	Chemical	CAS	Permeation Level EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B	Degradation Level EN ISO 374-4:2019		
K	40% Sodium Hydroxide	1310-73-2	6	-0.5%		
Р	30% Hydrogen Peroxide	7722-84-1	6	-18.2%		
T	37% Formaldehyde	50-00-0	6	4.1%		
Pormostica Performance Level 1 0 2 4 5 6						

100 BY WEIG



2020/1245, (EU)no. 10/2011

Permeation Performance Level   1   2   3   4   5   6   Measured breakthrough time (minutes)   >10   >30   >60   >120   >240   >480	00 00 0			4.170				
	Permeation	on Performance Level	1	2	3	4	5	6
			>10	>30	>60	>120	>240	>480

In compliance with: MDR (EU) 2017/745 Class I

EN ISO 21420:2020 EN 455-1-2020, EN 455-2-2015, EN 455-3-2015 ASTM F 1671

PPE Regulation (EU) 2016/425: Category III

EU Type Examination and Module C2 Notified Body 2777



TESTED IN ACCORDANCE TO: EN ISO 374-5:2016 and EN ISO 374-4:2019 Degradation results indicate the charge in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical PROTECTION AGAINST BACTERIA, VIRUSES & FUNGI- PASS









GESCHIKT VOOR HACCP EN MEDISCHE DOELEINDEN APPROPRIE POUR HACCP ET SOINS MEDICALES SUITABLE FOR HACCP AND MEDICAL PURPOSES FÜR HACCP UND MEDIZINISCHE ZWECKE GEEIGNET





