



PRODUCTFICHE

Nitril handschoenen 5g Zwart Non steriel

Specificaties

- Voor éénmalig gebruik
- Geschikt voor HACCP en medische doeleinden
- Medisch & beschermend: voorkomen besmettingsgevaar en beschermen tegen virussen, bacteriën & fungi
- 100% Nitril: sterker dan andere handschoen- materialen zoals latex, natuur rubber of vinyl.
- Zijn flexibel en bieden een veel grotere tastgevoeligheid dan standaard diagnostische handschoenen.
- Goede punctie- en scheurbestendigheid
- Hypo allergeen: - Latexvrij
- Poedervrij: minder kans op irritatie.
- Ondoorlatend bij gebruik in natte of vette werkomgeving
- Comfortabele pasvorm:
 - voorzien van rolrand voor makkelijk aan- en uittrekken
 - zowel links als rechts te dragen
- De geruwde vingertoppen zorgen voor een veilige grip, zelfs in natte omgevingen

Maten:

		Lengte mm	Palmbreedte mm
S	6-7	240	80 +/-10
M	7-8	240	95 +/-10
L	8-9	240	110 +/-10
XL	9-10	240	+110 +/-10

• Kleur: Zwart

• Houdbaarheid: 5 jaar

MATERIAAL DIKTE



① min. 0.14 mm
② min. 0.09 mm
③ min. 0.07 mm



Verpakking kwantiteit



- Duidelijke maataanduiding met kleur
- Speciale push button voor eenvoudig openen
- Verpakking voorzien van barcode en QR code
- Info in 27 talen: NL, FR, EN, DE, ES, IT, PT,...

	Dispenserbox	Masterbox	Pallet
Aantal	100	1000	77MB
Afmetingen	240*130*60mm	315*270*255mm	1.2*0.8*1.9mt
Gewicht	560g	5.60kg	430kg

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018
TYPE B



GESCHIKT VOOR HACCP EN MEDISCHE DOELEINDEN
APPROPRIE POUR HACCP ET SOINS MEDICALES
SUITABLE FOR HACCP AND MEDICAL PURPOSES
FÜR HACCP UND MEDIZINISCHE ZWECKE GEEIGNET



In compliance with: MDR (EU) 2017/745 Class I
PPE Regulation (EU) 2016/425: Category III
EN ISO 21420:2020 ISO 16523
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
ASTM D 6978, ASTM F 1671

EU Type Examination and Module C2 Notified Body 2777
SATRA TECHNOLOGY Europe Limited, Bracetown Business Park,
Clonree Dublin 15, D15 YN2P, Republic of Ireland

Test acc. to ASTM D 6978 - Test Chemotherapy

TEST CHEMOTHERAPY DRUG AND CONCENTRATION	MINIMUM BREAKTHROUGH DETECTION TIME (Specimen 1/23) (Minutes)
Carmustine (BCNU) 3.3 mg/ml (3,300 ppm)	14.7 (15.1, 14.7, 14.8)
Cisplatin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	240 min.
Cyclophosphamide (Cytoxan) 20 mg/ml (20,000 ppm)	240 min.
Cytarabine 100 mg/ml (100,000 ppm)	240 min.
Doxorubicin (EPC) 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	240 min.
Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	240 min.
Etoposide (Topotecan) 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	240 min.
Fluorouracil 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	240 min.
Irinotecan 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	240 min.
Methotrexate 25 mg/ml (25,000 ppm)	240 min.
Mitomycin C 0.5 mg/ml (500 ppm)	240 min.
Mitomycin 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	240 min.
Paclitaxel (Taxol) 6.0 mg/ml (6,000 ppm)	240 min.
Thiopyr 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	58.8 (110.0, 58.8, 67.0)
Vincristine Sulfate 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	240 min.



ISO 374-5:2016



TESTED IN ACCORDANCE TO:
EN ISO 374-5:2016 and EN ISO 374-4:2019
Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical
PROTECTION AGAINST BACTERIA, VIRUSES & FUNGI: PASS